

6.1.4 เครื่องมือมาตรฐานในงานบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์มีความเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิต หรือตามมาตรฐานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเครื่องมือมาตรฐานต้องสามารถสอบกลับผลการวัดได้

การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และบำรุงรักษาประจำปี 2568





# Preventive Maintenance Report

Department : โรงพยาบาลโนนคูณ  
Date : 07 July 2025  
Equipment : Electrocardiograph  
Serial No : STX21440054PA  
เลขครุภัณฑ์ :-

Province : ศรีสะเกษ  
Section : ผู้ป่วยใน  
Manufacture : GE Healthcare  
Model : MAC2000  
ID. No : EKG-IPD-001

รายละเอียดการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		รายละเอียดการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค	
	ผ่าน	ไม่ผ่าน		ผ่าน	ไม่ผ่าน
<b>การตรวจเช็คทั่วไป</b>			<b>อุปกรณ์ประกอบ</b>		
1. เช็คไฟ AC / Adapter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. อุปกรณ์วัดความดัน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. เช็ค Battery / เช็คถ่าน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ปุ่มเปิด - ปิด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. อุปกรณ์วัด (EKG)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. การ Self Test ของระบบ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. อุปกรณ์ปล่อยพลังงาน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. หน้าจอแสดงผล ว/ต/ป. - เวลา	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16. แผ่นอิเล็กทรอนิกส์ (DEF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>ฟังก์ชันการวัด</b>			17. อุปกรณ์วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. วัดความดันโลหิต (BP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18. สัญญาณเตือน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. วัดอุณหภูมิ (TEMP)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19. สัญญาณแสดงการทำงาน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20. ฉลาก / เครื่องหมาย	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (PUO)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21. ระบบกราวด์ 0.5 ohm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. ให้อาหารละลาย	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	22. การรั่วของกระแสไฟฟ้า	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. วัดการปล่อยพลังงาน (DEF)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	23. ทำความสะอาดเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			24. การหล่อลื่นจุดหมุนกลไกต่าง ๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			25. ปรับเทียบมาตรฐาน / ปรับจูนแก้ไข	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			26. เปลี่ยนวัสดุตามอายุ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			27. เปลี่ยนถ่ายของเหลวในกระเปาะ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

สถานะ :  เขียว  ส้ม  แดง  
หมายเหตุโดยรวม : พร้อมใช้งาน

ผู้บำรุงรักษา : ( ✓ ) Mr.Wittawat Khaeonnoi  
AT Prevent & Calibration, 276 Moo 21, Sila, Amphoe Mueang, Khon Kaen, 40000.



## รายละเอียดอุปกรณ์

รหัสอุปกรณ์: NST-LR-001

หมายเลข  
ครุภัณฑ์: 6515-027-  
0064/1

ชื่อ  
อุปกรณ์: เครื่องตรวจการเต้นของ  
หัวใจทารกในครรภ์

หน่วยงาน: ห้องคลอด

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม

## การตรวจเช็คอุปกรณ์

วันครบกำหนดตรวจเช็คครั้ง  
ถัดไป

ไม่มีข้อมูลตรวจเช็คล่าสุด

ประวัติการ  
ตรวจเช็ค

แบบ  
ฟอร์มตรวจ  
เช็ค

## ผลการ PM และสอบเทียบ

ดูใบรายงาน PM และสอบ  
เทียบ

## แจ้งซ่อมออนไลน์

แจ้งซ่อม



ทางทุนส่วนจากัด เอท พรเวนท แอนด์ แคลิเบรชัน  
AT PREVENT & CALIBRATION LIMITED PARTNERSHIP  
276 หมู่ 21 หมู่บ้านขอนแก่นวิลล่า ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  
โทรศัพท์ 043-347632 , 062-9316284 โทรสาร 043-347632  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0403559003781

**รายการจำนวนเครื่องมือที่ทำการทดสอบ/สอบเทียบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)  
แบ่งเครื่องมือออกเป็นออกเป็น 2 ส่วน คือ**

❖ เครื่องมือส่วนของโรงพยาบาล โนนคูณ

- รายการเครื่องมือที่ทำการ ทดสอบ / สอบเทียบ และ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)  
➤ จำนวน...285...เครื่อง
- รายการเครื่องมือที่ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) อย่างเดียว  
➤ จำนวน...50...เครื่อง

(หมายเหตุ คือ เครื่องมือส่วนนี้อาจชำรุดหรือ เกิดข้อผิดพลาดในระบบ ควรแก้ไขหรือส่งซ่อมก่อนนำกลับไปใช้งาน )

❖ เครื่องมือส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

- รายการเครื่องมือที่ทำการ ทดสอบ / สอบเทียบ และ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)  
➤ จำนวน...86...เครื่อง
- รายการเครื่องมือที่ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) อย่างเดียว  
➤ จำนวน...5...เครื่อง

(หมายเหตุ คือ เครื่องมือส่วนนี้อาจชำรุดหรือ เกิดข้อผิดพลาดในระบบ ควรแก้ไขหรือส่งซ่อมก่อนนำกลับไปใช้งาน )

❖ สรุปรวม

- สรุปเครื่องมือที่ทำการ ทดสอบ / สอบเทียบ และ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)  
➤ รวมทั้งหมด...371...เครื่อง
- รายการเครื่องมือที่ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) อย่างเดียว  
➤ รวมทั้งหมด...55...เครื่อง

❖ จำนวนเครื่องมือของโรงพยาบาล โนนคูณ และ(รพ.สต.)รวมทั้งหมด...426...เครื่อง

ลงชื่อ...วิทวีช แคว้นน้อย.....

( นายวิทวีช แคว้นน้อย )

พนักงานฝ่ายสอบเทียบ