

6.2.4 ต้องจัดทำทะเบียนประวัติเครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นปัจจุบัน และมีการประเมินระดับความเสี่ยงของเครื่องมือที่ต้องการการบำรุงรักษา

รายงานเครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลในอุบล จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลจาก <https://scars.at-prevent.com> ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ลำดับ	Test No	ID	หน่วยงาน	ประเภท	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ	รุ่น	SN	หมายเลขครุภัณฑ์	PM	Test	หมายเหตุ	วันเดือนปี ที่ Test	สถานะ เขียว ส้ม แดง	อื่นๆ
1	11380	UST-PT-001	กายภาพบำบัด	ความเสี่ยงสูง	Ultrasound Therapy	ENRAF NONIUS	SONOPULS 190	14.773	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
2	11403	ES-PT-001	กายภาพบำบัด	ความเสี่ยงสูง	Electrical Stimulation	ENRAF NONIUS	ENDOMED 182	18.858	6530-004-0050/1	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
3	11627	PTH-PT-001	กายภาพบำบัด	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Hydrocollator	CHATTANOOGA	-	-	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	9 กรกฎาคม 2568	เขียว	
4	11630	TAC-PT-001	กายภาพบำบัด	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Traction	ENRAF NONIUS	ELTRAC 471	03.640	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	9 กรกฎาคม 2568	เขียว	
5	11628	PHT-PT-001	กายภาพบำบัด	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Hydrocollator	ims	PACKHEATER 6012S	-	-	PASS	FAIL	ไม่พร้อมใช้งาน	9 กรกฎาคม 2568	แดง	- สอน
6	11629	PRB-PT-001	กายภาพบำบัด	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Paraffin Bath Stainless	ims	PARAFIN BATH 6.7D	-	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	9 กรกฎาคม 2568	เขียว	
7	11633	TAC-PT-002	กายภาพบำบัด	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Traction	ENRAF NONIUS	ELTRAC 471	01596	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	9 กรกฎาคม 2568	เขียว	
8	11510	ATC-SUP-001	จ่ายกลาง	ความเสี่ยงปานกลาง	Steam Sterilization	NAMTWTAT	AS70-700L	1S-201146	6530-003-0010/1	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	8 กรกฎาคม 2568	เขียว	
9	11511	ATC-SUP-002	จ่ายกลาง	ความเสี่ยงปานกลาง	Steam Sterilization	NAMTWTAT	AS84-360L	5T09160091	6530-003-0005/1	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	8 กรกฎาคม 2568	เขียว	
10	11641	SPT-SUP-001	จ่ายกลาง	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Spore Test	MindBio	4421MiniBio	41	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	9 กรกฎาคม 2568	เขียว	
11	11643	SPT-SUP-002	จ่ายกลาง	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Spore Test	3M	118	305500	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	9 กรกฎาคม 2568	เขียว	
12	11644	TMD-SUP-001	จ่ายกลาง	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Digital Thermometer	KIARNT	DT-2	-	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	9 กรกฎาคม 2568	เขียว	
13	11352	BPM-NCD-001	ศูนย์ผู้ป่วยตบโถง	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Blood Pressure Monitor	OMRON	HBP-9020	02008464LF	6515-069-0006/3	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
14	11354	PTM-NCD-001	ศูนย์ผู้ป่วยตบโถง	ความเสี่ยงสูง	Patient Monitor	Mindray	UMEC12	KQ-1B076624	6515-030-0021/27	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
15	11358	PTM-NCD-002	ศูนย์ผู้ป่วยตบโถง	ความเสี่ยงสูง	Patient Monitor	Mindray	UMEC12	KQ-1B076623	6515-030-0021/29	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
16	11364	PTM-NCD-003	ศูนย์ผู้ป่วยตบโถง	ความเสี่ยงสูง	Patient Monitor	NIHON KOHDEN	SVM-	0105611	6515-030-0021/9	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	

รายงานเครื่องมือทางการแพทย์ หน่วยงานกายภาพบำบัด

โรงพยาบาลในอุบล จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับ	Test No	ID	หน่วยงาน	ประเภท	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ	รุ่น	SN	หมายเลขครุภัณฑ์	PM	Test	หมายเหตุ	วันเดือนปี ที่ Test	สถานะ เขียว ส้ม แดง	อื่นๆ
1	11380	UST-PT-001	กายภาพบำบัด	ความเสี่ยงสูง	Ultrasound Therapy	ENRAF NONIUS	SONOPULS 190	14.773	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
2	11403	ES-PT-001	กายภาพบำบัด	ความเสี่ยงสูง	Electrical Stimulation	ENRAF NONIUS	ENDOMED 182	18.858	6530-004-0050/1	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
3	11627	PTH-PT-001	กายภาพบำบัด	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Hydrocollator	CHATTANOOGA	-	-	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	9 กรกฎาคม 2568	เขียว	
4	11630	TAC-PT-001	กายภาพบำบัด	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Traction	ENRAF NONIUS	ELTRAC 471	03.640	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	9 กรกฎาคม 2568	เขียว	
5	11628	PHT-PT-001	กายภาพบำบัด	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Hydrocollator	ims	PACKHEATER 6012S	-	-	PASS	FAIL	ไม่พร้อมใช้งาน	9 กรกฎาคม 2568	แดง	- สอน
6	11629	PRB-PT-001	กายภาพบำบัด	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Paraffin Bath Stainless	ims	PARAFIN BATH 6.7D	-	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	9 กรกฎาคม 2568	เขียว	
7	11633	TAC-PT-002	กายภาพบำบัด	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Traction	ENRAF NONIUS	ELTRAC 471	01596	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	9 กรกฎาคม 2568	เขียว	

รวมทั้งหมด 7 รายการ (ความเสี่ยงสูง 2 รายการ , ความเสี่ยงปานกลาง 0 รายการ , ความเสี่ยงพื้นฐาน 5 รายการ)

รายงานเครื่องมือทางการแพทย์ หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

โรงพยาบาลในอุบล จังหวัดศรีสะเกษ

Test No	ID	หน่วยงาน	ประเภท	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ	รุ่น	SN	หมายเลขครุภัณฑ์	PM	Test	หมายเหตุ	วันเดือนปี ที่ Test	สถานะ เขียว ส้ม แดง	อื่นๆ
11368	ULS-ER-001	ศูนย์ฉุกเฉิน	ความเสี่ยงสูง	Ultrasound Scanning	SonoScape	EI Exp	0721052702	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
11373	PTM-ER-001	ศูนย์ฉุกเฉิน	ความเสี่ยงสูง	Patient Monitor	EDAN	CX15	263101-M24618950028	6515-027-0024/1	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
11374	PTM-ER-002	ศูนย์ฉุกเฉิน	ความเสี่ยงสูง	Patient Monitor	EDAN	CX15	263101-M24618950024	6515-027-0024/2	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
11375	PTM-ER-003	ศูนย์ฉุกเฉิน	ความเสี่ยงสูง	Patient Monitor	Mindray	UMEC12	KQ-1B076625	6515-030-0021/31	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
11378	PUCO-ER-001	ศูนย์ฉุกเฉิน	ความเสี่ยงสูง	Pulse Oximeter	Mindray	PM-60	-	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
11393	INP-ER-001	ศูนย์ฉุกเฉิน	ความเสี่ยงสูง	Infusion Pump	TERUMO	TE-LF650	2006010172	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
11399	INP-ER-002	ศูนย์ฉุกเฉิน	ความเสี่ยงสูง	Infusion Pump	Medtronic	VP50Pro	I-240106018	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
PM	AED-ER-001	ศูนย์ฉุกเฉิน	ความเสี่ยงสูง	Automated External Defibrillator	PHYSIO CONTROL	LIFEPAK 1000	48334582	-	PASS	-	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
11387	FLP-ER-001	ศูนย์ฉุกเฉิน	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Oxygen Flow Meter	Sofida	-	AA50658	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
11388	FLP-ER-002	ศูนย์ฉุกเฉิน	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Oxygen Flow Meter	PAHSCO	-	-	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
11390	FLP-ER-003	ศูนย์ฉุกเฉิน	ความเสี่ยงพื้นฐาน	Oxygen Flow Meter	Otao	-	U01400	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
PM	PUCO-ER-002	ศูนย์ฉุกเฉิน	ความเสี่ยงสูง	Pulse Oximeter	mindray	PM-60	FUSB211317	6515-030-0001	FAIL	-	ไม่พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	แดง	- แยกไม่ ชุดจากSPC
11392	ACPR-ER-001	ศูนย์ฉุกเฉิน	ความเสี่ยงสูง	Auto CPR	Styker	LUCAS3	3521W353	6515-070-0002/001	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	
11396	ACPR-ER-002	ศูนย์ฉุกเฉิน	ความเสี่ยงสูง	Auto CPR	Amrad	-	202B-249000109	6515-070-0002/3	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เขียว	



โรงพยาบาลโนนคูณ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ ๕๑ ม.๑๒ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๑๒๕๐

บันทึกประวัติเครื่องมือและอุปกรณ์

กลุ่มงาน/ฝ่าย/หอผู้ป่วย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาบริการ

ชื่อครูฝึก เคียงวัน อ. ปานธิ์

ชื่อ ปิณฑุภา รุ่น PM-60

หมายเลขเครื่อง TR-NO-PUC-PCU-003

รหัสครูฝึกที่ -

ราคาเครื่อง เงิน บาท

- ซื้อด้วยเงิน เงินงบประมาณปี เงินบำรุงปี
- เงินบริจาค อื่นๆ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

โทรศัพท์ - โทรสาร - รับประกัน - ปี

ได้รับของเมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. -

วัตถุประสงค์การใช้งาน -



โรงพยาบาลโนนคูณ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
เลขที่ ๕๑ ม.๑๒ ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๑๒๕๐

บันทึกประวัติเครื่องมือและอุปกรณ์

กลุ่มงาน/ฝ่าย/หอผู้ป่วย ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาบริการ

ชื่อครูฝึก เคียงวัน อ. ปานธิ์

ชื่อ Mindray รุ่น PM-60

หมายเลขเครื่อง CR-04490483 TR-NO-PUC-PCU-004

รหัสครูฝึกที่ -

ราคาเครื่อง - บาท

- ซื้อด้วยเงิน เงินงบประมาณปี เงินบำรุงปี
- เงินบริจาค อื่นๆ

บริษัทผู้แทนจำหน่าย

โทรศัพท์ - โทรสาร - รับประกัน - ปี

ได้รับของเมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. -

วัตถุประสงค์การใช้งาน -

