

## 6.4.1 จัดให้มีกระบวนการจัดการงานซ่อมบำรุงหรือการบำรุงรักษาเชิงแก้ไขของเครื่องมือทางการแพทย์

ATcare

คลัง | ตรวจสอบอุปกรณ์ | ซ่อมเครื่องมือ | เมนูอื่นๆ

รายการซ่อม | ซ่อมเครื่องมือ / รายการส่งซ่อม

สรุปงานซ่อม

1 **ทะเบียนงาน** 0% 20% 40% 60% 80% 100%

ทะเบียนงาน  
ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 5/8  
คิดเป็น 62.50%

กรองและค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์

หน่วยงาน: ทั้งหมด | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล: ทั้งหมด | ความเสี่ยง: ทั้งหมด

สถานะ: ทั้งหมด | วันที่ แจ้งซ่อม-สรุปงาน: ระบุวันที่เพื่อแสดงทั้งหมด

ข้อมูลจะถูกกรองอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลือก

ค้นหา... รายการ: 10 | Export | + แจ้งซ่อม

ID	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการครุภัณฑ์	หน่วยงาน/รหัส	วันที่/สรุปงาน	สถานะ/สาเหตุ	ผู้แจ้ง/ติดต่อ	ACTIONS
id no: BPM-NCD-002 เลขที่: -	-	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ความเสี่ยงพื้นฐาน	ดูแลผู้ป่วยต่อเตียง	รับ: ระหว่างรับเรื่อง... สรุป: ระหว่างดำเนินการ...	แจ้งซ่อม/รอรับเรื่อง จอภาพ เสีย	ธีรภาพ ไพบรณ	↓ ⋮
id no: BPM-NCD-001 เลขที่: -	6515-069-0006/3	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน ความเสี่ยงพื้นฐาน	ดูแลผู้ป่วยต่อเตียง	รับ: ระหว่างรับเรื่อง... สรุป: ระหว่างดำเนินการ...	แจ้งซ่อม/รอรับเรื่อง มีหลอดstart / sto...	สารสิทธิ์ 0892822670	↓ ⋮
id no: NST-ANC-001 เลขที่: -	6515-027-0064/4	เครื่องตรวจการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ ความเสี่ยงสูง	ฝากครรภ์	รับ: ระหว่างรับเรื่อง... สรุป: ระหว่างดำเนินการ...	แจ้งซ่อม/รอรับเรื่อง เปิดเครื่องไม่ติด	ปราศัตทอง 088598939	↓ ⋮
id no: VSM-DEN-001 เลขที่: -	-	เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ ความเสี่ยงสูง	ทันตกรรม	รับ: 26/07/2025 สรุป: 26/07/2025	สำเร็จ วัด BP ไม่ได้	สารสิทธิ์ 0982308215	↓ ⋮
id no: VSM-DEN-001 เลขที่: -	-	เครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ ความเสี่ยงสูง	ทันตกรรม	รับ: 26/07/2025 สรุป: 26/07/2025	สำเร็จ เปิดเครื่องไม่ติด	รณนา 0870706355	↓ ⋮

< งานซ่อมบำ... (70) 🔍 📞 ☰



08:25



อ่านแล้ว 37  
08:53

@ชาติ สงซ่อมแอร์ห้อง  
ANC ค่ะ

อ่านแล้ว 36  
08:53




ชาติ

รับทราบ


09:29

ครับ

09:29



## Flow Chart กระบวนการส่งซ่อมเครื่องมือแพทย์



\*หมายเหตุ : ระหว่างการดำเนินการ หน่วยงานสามารถใช้เครื่องมือสำรองได้ หากไม่มีเครื่องมือสำรอง สามารถดำเนินการซ่อมเครื่องมือจากทางบริษัทได้