

6.4.3 ผลการซ่อมบำรุงหรือการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ต้องประกอบไปด้วยคำอธิบายปัญหาและอาการที่เกิดขึ้นของเครื่องมือ หมายเลขอะไหล่ที่ทำการเปลี่ยน ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและแผนกหรือหน่วยงานที่แจ้งการซ่อมบำรุงเป็นอย่างน้อย

TIP บริษัท ไทย ไอที จำกัด 326 ถ. เจริญพรเอเซีย 9 ถนนพหลโยธิน แขวง ดุสิต เขต 10250
 Thai IP Co., Ltd. โทร. 02-726-6001 โทรสาร 02-726-6009
 326 Chalemprakiat Rd., Hongsan, Prawan, Bangkok 10250, THAILAND
 Tel: 662-726-6001 Fax: 662-726-6009

รายงานผลการตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษาเครื่อง
 Preventive Maintenance Report

เครื่อง Fetal Monitor (NST) ชี้อธิ BIOLIGHT
 สถานที่ติดตั้ง โรงพยาบาลโนนสูง แผนก คลินิกฝากครรภ์ วันที่ติดตั้ง 07-09-64
 ตรวจสอบครั้งที่ 3 วันที่ตรวจสอบ 07/2/66 ครั้งต่อไปวันที่

ลำดับ Item	เครื่อง Machine	รุ่น Model	หมายเลขเครื่อง SERIAL NUMBER	ผลการ ทดสอบ		หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ																			
				PASS	FAIL	สภาพภายนอกของเครื่อง	สายไฟฟ้า / AC Power Cord	จอแสดงผล / Display	ระบบสัมผัส / Touch Screen	แผงควบคุมการทำงาน / Control Panel	แบตเตอรี่ / Battery	ระบบสัญญาณเตือน / Alarm	หัวปลุกการไมเกรน / Fetal waker	หัววัดการเต้นของหัวใจทารก (FHR 1)	หัววัดการเต้นของหัวใจทารก (FHR 2)	หัววัดการบีบตัวของมดลูก (TOCO)	เครื่องบันทึกกระดาษ Thermal	สาย EKG 3 lead	Nipp Air hose	skin temp	Spot probe				
1	Fetal Monitor	F90	F062E000973	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง / (Functional Test)						<input checked="" type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> FAIL																			

การบำรุงรักษา (ให้บันทึกเฉพาะหัวข้อที่มีการดำเนินการ)		รายละเอียดการดำเนินการ
1	Replace	
2	Calibate / Adjust	cal จอ Touch screen , หัววัด

Inspected by: นายพิษ Received by: โอม

TIP
 Thai IP Co., Ltd.
 บริษัท ไทย ไอที จำกัด



บริษัท ไทย ไอพี จำกัด

Thai IP Co., Ltd.

326 อ. เข็มพระเกียรติ ร. 9 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10250

โทร. 02-726-6001 แฟกซ์ 02-726-6009

326 Chalemprakiat Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok 10250, THAILAND

Tel. 662-726-6001 Fax. 662-726-6009

รายงานผลการตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษาเครื่อง
Preventive Maintenance Report

เครื่อง Fetal Monitor (NST)

ยี่ห้อ BRIGHT

สถานที่ติดตั้ง โรงพยาบาลโนนสูง

แผนก คลินิกฝากครรภ์ ANC

วันที่ติดตั้ง 7 ก.ย. 2564

ตรวจสอบครั้งที่ 4 วันที่ตรวจสอบ 7/9/66

ครั้งต่อไปวันที่ -/1/66

• การตรวจสอบสภาพเครื่อง (ให้เป็นที่กเฉพาะหัวข้อที่มีการตรวจสอบ)					หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ																	
ลำดับ Item	เครื่อง Machine	รุ่น Model	หมายเลขเครื่อง SERIAL NUMBER	ผลการ ทดสอบ		สภาพภายนอกของเครื่อง	สายไฟฟ้า / AC Power Cord	จอแสดงผล / Display	ระบบสัมผัส / Touch Screen	แผงควบคุมการทำงาน / Control Panel	แบตเตอรี่ / Battery	ระบบสัญญาณเตือน / Alarm	หัวปลุกทารกในครรภ์ / Fetal walker	หัววัดการเต้นของหัวใจทารก (FHR 1)	หัววัดการเต้นของหัวใจทารก (FHR 2)	หัววัดการนับตัวอ่อนทารก (TOCO)	เครื่องพิมพ์กระดาษ Thermal	สาย EKG 3 lead	hilbp Air hose	skin temp	Spo2 probe	
				PASS	FAIL																	
1	Fetal Monitor	F90	F062E000973	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง / (Functional Test)						<input checked="" type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> FAIL																

• การบำรุงรักษา (ให้เป็นที่กเฉพาะหัวข้อที่มีการดำเนินการ)		รายละเอียดการดำเนินการ
1	Replace	
2	Calibrate / Adjust	cal หนักพอ ใจ

Inspected by ทิวส์

Received by นิคม





บริษัท ไทย ไอพี จำกัด

326 ถ. เจริญพร ถนนวิภาวดีรังสิต 9 แขวงบ่อน ประเภท 10250

Thai IP Co., Ltd.

โทร. 02-726-6001 แฟกซ์ 02-726-6009

326 Chalemprakiat Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok 10250, THAILAND

Tel. 662-726-6001 Fax. 662-726-6009

รายงานผลการตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษาเครื่อง

Preventive Maintenance Report

เครื่อง Fetal Monitor (NST) ชื่อ HIGHLIGHT

สถานที่ติดตั้ง โรงพยาบาลโนนชนก แผนก คลินิกฝากครรภ์ ANC วันที่ติดตั้ง 7 ก.ย. 2564

หมายเลขครุภัณฑ์ NST-ANC-02

ตรวจสอบครั้งที่ 4 วันที่ตรวจสอบ 14/11/66 ครั้งต่อไปวันที่ 13/1/67 ผู้ตรวจสอบ อรุณภพ

• การตรวจสอบสภาพเครื่อง (ให้บันทึกเฉพาะหัวข้อที่มีการตรวจสอบ)				หัวข้อที่ทำการตรวจสอบ																						
ลำดับ Item	เครื่อง Machine	รุ่น Model	หมายเลขเครื่อง SERIAL NUMBER	ผลการทดสอบ		สภาพภายนอกของเครื่อง	สายไฟ / AC Power Cord	จอแสดงผล / Display	ระบบสัมผัส / Touch Screen	แผงควบคุมการทำงาน / Control Panel	แบตเตอรี่ / Battery	ระบบสัญญาณเตือน / Alarm	หัวปลุกทารกในครรภ์ / Fetal waker	หัววัดการเต้นของหัวใจทารก (FHR 1)	หัววัดการเต้นของหัวใจทารก (FHR 2)	หัววัดการจับตัวของคอจุก (TOCO)	เครื่องพิมพ์กระดาษ Thermal	สาย EKG 3 lead	Nlbp Air hose	skin temp	Spo2 probe					
				PASS	FAIL																					
1	Fetal Monitor	F90	F062E000973	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
• ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง / (Functional Test)				<input checked="" type="checkbox"/> PASS <input type="checkbox"/> FAIL																						

• การบำรุงรักษา (ให้บันทึกเฉพาะหัวข้อที่มีการดำเนินการ)		รายละเอียดการดำเนินการ
1	Replace	เปลี่ยนสาย battery
2	Calibrate / Adjust	

Inspected by อรุณภพ สอน

Received by.....



