

6.5.1 จัดให้มีกระบวนการจัดการยกเลิกการใช้งานเครื่องมือทางการแพทย์ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจยกเลิกการใช้งานเครื่องมือทางการแพทย์

เกณฑ์การยกเลิกการใช้งาน

1. ผลการสอบเทียบ Calibration เป็นสีแดง
2. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมเป็น 75% ของเครื่องใหม่
3. เทคโนโลยีไม่สามารถใช้ต่อไปได้
4. อายุการใช้งาน มากกว่า 5 ปี