

## 6.5.2 ต้องมีบ่งชี้และสถานะการยกเลิกการใช้เครื่องมือทางการแพทย์



ร.พ.	ร.น.	เลขที่	ชื่อเครื่อง	ยี่ห้อ	รุ่น	วันที่	ผล	หมายเหตุ	วันที่	สถานะ				
7	5	11335	TMP-NK-001	รพ.สต. ในเคอ์	Patient Thermometer	omron	MC246	-	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เข็ว
8	6	11336	TMP-NK-002	รพ.สต. ในเคอ์	Patient Thermometer	omron	MC-246	-	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เข็ว
9	7	11341	TMP-NK-003	รพ.สต. ในเคอ์	Patient Thermometer	omron	MC-246	-	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เข็ว
10	8	11342	TMP-NK-004	รพ.สต. ในเคอ์	Patient Thermometer	omron	NK-246	-	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เข็ว
11	9	11343	BPM-NK-001	รพ.สต. ในเคอ์	Blood Pressure Monitor	Yuwell	YE990	DJ24092600739	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เข็ว
12	10	11344	HEM-NK-001	รพ.สต. ในเคอ์	Hematocrit Centrifuge	SME	-	-	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เข็ว
13	11	PM	BPM-NK-002	รพ.สต. ในเคอ์	Blood Pressure Monitor	Omron	HBP-9030	070026721F	-	FAIL	-	ไม่พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	แดง
14	12	11348	BPD-NK-001	รพ.สต. ในเคอ์	Digital Blood Pressure	omron	HBP-1320	202304002126L	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เข็ว
15	13	11351	DPT-NK-001	รพ.สต. ในเคอ์	Fetal Doppler	JUMPER	JPD-200C+	202208023	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	7 กรกฎาคม 2568	เข็ว
16	14	11415	HEM-NG-001	รพ.สต. หนองงำ	Hematocrit Centrifuge	KK	KHT-410E	103525	6515-702-0001	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	8 กรกฎาคม 2568	เข็ว
17	15	11428	WFA-MMK-001	รพ.สต. หนองงำ	Infant Monitor	TANITA	RC-017	-	-	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	8 กรกฎาคม 2568	เข็ว